

# Proline<sup>b</sup> TruLab Cystatin C Level 1

Bahan kontrol teruji untuk memantau kinerja pemeriksaan kuantitatif in-vitro dalam pemeriksaan *Cystatin C*

## Informasi Kemasan

No. Katalog 5 9870 99 10 046  
Isi kit 3 x 1 mL

## Deskripsi

TruLab Cystatin C adalah serum kontrol cair yang mengandung rekombinan Cystatin C dan pengawet biologis yang berasal dari sapi. Konsentrasi Cystatin C dalam TruLab Cystatin C Level 1 pada kisaran normal.

## Penyimpanan

Sebelum dan setelah dibuka, TruLab Cystatin C disimpan pada suhu 2 - 8 °C.

## Stabilitas

Sebelum dibuka: hingga akhir bulan kedaluwarsa  
Sesudah dibuka: maksimal 12 minggu

Penyimpanan dan penanganan produk yang tepat harus diperhatikan.

## Peringatan dan Tindakan Pencegahan

1. Reagen mengandung sodium azida (0,95 g/L) sebagai pengawet. Jangan tertelan! Hindari kontak dengan kulit dan membran mukosa.
2. TruLab Cystatin C mengandung material hewani. Serum kontrol harus diberlakukan sebagai bahan infeksius dengan penanganan yang sama seperti spesimen pasien.
3. Lihat lembar data keselamatan dan ambil tindakan pencegahan yang diperlukan untuk penggunaan kalibrator dan kontrol.
4. Hanya untuk penggunaan profesional!

## Persiapan

TruLab Cystatin C mberbentuk cairan dan siap untuk digunakan.

## Prosedur

Lihat petunjuk penggunaan reagen untuk instruksi penggunaan.

## Rentang Nilai Uji

Nilai uji untuk analit telah ditentukan menggunakan DiaSys Cystatin C dan dikalibrasi dengan TruCal Cystatin C. Nilai uji mungkin sedikit berbeda sesuai dengan reagen dan metode yang digunakan. Nilai uji yang dilampirkan khusus untuk nomor lot produk tersebut.

## Pustaka

1. Röhle G, Siekmann L. Quality assurance of quantitative determination. In: Thomas L, editor. Clinical laboratory diagnostics. 1st ed. Frankfurt: TH-Books Verlagsgesellschaft; 1998. p. 1393-1401.
2. Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories. U.S. Department of Health and Human Services, Washington 1993 (HHS Publication No. [CDC]93-8395).

## Diproduksi oleh :

DiaSys Diagnostic Systems GmbH  
Alte Strasse 9 65558 Holzheim  
Germany

## Diimpor dan didistribusikan oleh :

PT Prodia Diagnostic Line  
Kawasan Industri Jababeka III  
Jl. Tekno 1 Blok C 2 D-E-F  
Cikarang 17530, Indonesia.

	No. Lot	Kedaluwarsa	Nilai Uji	Rentang
TruLab Cystatin C Level 1	26905	2021-09	0,901 mg/L	0,766 - 1,04 mg/L