Proline b TruLab G6PDH

Informasi Kemasan

No. Katalog	Isi per Kit
1 7900 99 10 045	3 x 0,5 mL (3 level)

Tujuan Penggunaan

Kontrol untuk pemeriksaan in vitro secara kuantitatif terhadap *glucose-6-phosphate dehydrogenase* (G6PDH) dalam eritrosit dengan sistem fotometrik.

Deskripsi

TruLab G6PDH merupakan set yang terdiri dari tiga kontrol liofilisasi (tiga level) dari manusia (darah manusia stabil).

Penyimpanan

Sebelum dibuka, vial harus disimpan pada 2 – 8 °C.

Stabilitas

Sebelum dibuka:	Hingga akhir bulan kedaluwarsa		
Sesudah dibuka:	7 hari	pada	2 – 8°C
	20 hari	pada	–20°C

Setelah rekonsitusi tidak boleh beku ulang.

Penyimpanan dan penanganan produk yang tepat harus diperhatikan

Peringatan dan Tindakan Pencegahan

1. Darah donor yang digunakan untuk memproduksi TruLab G6PDH ditemukan non-reaktif ketika diuji dengan metode yang disetujui untuk HBsAg, anti-HIV 1 + 2 dan anti-HCV. Namun tidak ada pemastian bahwa komponen produk yang berasal dari serum manusia akan bebas dari agen menular, maka dianjurkan untuk menangani kalibrato dengan tindakan yang sama seperti spesimen pasien.
2. Lihat lembar data keselamatan dan ambil tindakan pencegahan yang diperlukan untuk penggunaan kalibrator dan kontrol.
3. Hanya untuk penggunaan profesional!

Penanganan Limbah

Sesuai aturan lokal yang berlaku.

Persiapan

Bahan terliofilisasi ini divakum dan disegel, oleh karena itu botol harus dibuka dengan hati-hati untuk menghindari hilangnya bahan kering. Untuk rekonstitusi, tambahkan tepat 0,5 mL air suling. Tutup botol dengan hati-hati dan letakkan botol dalam kondisi berdiri tegak selama 10 menit, putar botol sesekali. Hindari berbuih dan tidak boleh dikocok.

Biarkan kontrol pada suhu ruang sebelum digunakan. Tutup segera setelah digunakan.

Bahan yang dibutuhkan

Peralatan laboratorium umum.

Prosedur Kerja

Silakan lihat petunjuk penggunaan dalam kemasan reagen.

Nilai Uji

Nilai uji telah ditentukan menggunakan berbagai reagen dan metodelogi. Nilai uji yang dilampirkan khusus untuk nomor lot produk ini.

Setiap laboratorium harus menetapkan tindakan korektif jika terjadi penyimpangan dalam pengendalian kontrol.

Pustaka

1. *Röhle G, Siekmann L. Quality assurance of quantitative determination. In: Thomas L, editor. Clinical laboratory diagnostics. 1st ed. Frankfurt: TH-Books Verlagsgesellschaft; 1998. p. 1393-1401.*
2. *Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories, US Department of Health and Human Services, Washington 2009*

DiaSys Diagnostic Systems GmbH
Germany

Dikemas ulang dan didistribusikan oleh:
PT Prodia Diagnostic Line
Cikarang, Indonesia

	No. Lot	Kedaluwarsa	Nilai Uji	Nilai Kalibrator
TruLab G6PDH Level 1	DY004P	2022-08-31	350	228 - 473 U/L
TruLab G6PDH Level 2			670	436 - 905 U/L
TruLab G6PDH Level 3			1920	1248 – 2592 U/L