

Proline TruLab Albumin U/CSF Level 1

Informasi Kemasan

No. Katalog Isi per Kit
5 9710 99 88 046 3 x 1 mL

Tujuan Penggunaan

Bahan kontrol kualitas teruji untuk pemantauan kinerja pengujian kuantitatif albumin secara in-vitro.

Deskripsi

TruLab Albumin U/CSF adalah kontrol cair yang mengandung material darah manusia (plasma). Konsentrasi albumin pada Level 1 berada dalam rentang fisiologis.

Penyimpanan

Sebelum dan sesudah dibuka, kontrol harus disimpan pada suhu 2 – 8 °C.

Stabilitas

Sebelum dibuka: hingga akhir bulan kedaluwarsa
Setelah terbuka: maksimal 30 hari
Penyimpanan dan penanganan produk yang tepat harus diperhatikan.

Peringatan dan Tindakan Pencegahan

1. Setiap darah donor yang digunakan untuk memproduksi TruLab Albumin U/CSF ditemukan non-reaktif ketika diuji dengan metode yang disetujui terhadap HbsAg, anti-HIV 1+2 dan anti-HCV. Namun tidak dapat dipastikan bahwa produk-produk yang berasal dari darah manusia tidak membawa agen infeksius, maka dianjurkan untuk menangani kontrol dengan tindakan pencegahan yang sama seperti spesimen pasien.
2. Reagen mengandung natrium azida (0,95 g/L) sebagai pengawet. Jangan tertelan! Hindari kontak dengan kulit dan membran mukosa.
3. TruLab Albumin U/CSF mengandung bahan hewani. Lakukan penanganan produk sebagai bahan yang berpotensi infeksius dengan tindakan pencegahan yang sama seperti spesimen pasien.
4. Lihat Lembar Data Keselamatan dan lakukan tindakan pencegahan yang diperlukan untuk penggunaan kalibrator dan kontrol.

5. Hanya untuk penggunaan profesional!

Persiapan

TruLab Albumin U/CSF berbentuk cairan dan siap untuk digunakan.

Prosedur

Silakan lihat petunjuk penggunaan reagen untuk penggunaan kontrol.

Nilai Uji

Nilai uji TruLab Albumin U/CSF telah ditentukan dengan kalibrasi menggunakan bahan referensi IRMM (*Institute for Reference Materials and Measurements*) ERM® -DA470k/IFCC sesuai dengan protokol yang telah ditetapkan.

Nilai uji mungkin sedikit berbeda dengan adanya penggunaan reagen dan metode yang berbeda. Nilai uji yang tercantum dibawah adalah spesifik untuk nomor lot tersebut.

Pengelolaan Limbah

Silahkan merujuk pada persyaratan hukum setempat.

Pustaka

1. Röhle G, Siekmann L. *Quality assurance of quantitative determination. In: Thomas L, editor. Clinical laboratory diagnostics. 1st ed. Frankfurt: TH-Books Verlagsgesellschaft; 1998. p. 1393-1401.*
2. Dati F. *Reference materials and guidelines for standardization of methods in laboratory medicine. In: Thomas L, editor. Clinical laboratory diagnostics. 1st ed. Frankfurt: TH-Books Verlagsgesellschaft; 1998. p. 1402-1426.*



DiaSys Diagnostic Systems GmbH
Alte Strasse 9 6558 Holzheim
Germany

Untuk didistribusikan oleh :

PT Prodia Distribusi Medika
Grha Prodia Utama Lantai 3 Unit 3C
Jl. Raden Saleh No. 53, Jakarta Pusat, Indonesia 10330

	No. Lot.	Kedaluwarsa	Nilai Kalibrator	Rentang
TruLab Albumin U/CSF Level 1	37385	2026-08-08	26,7 mg/L	19,2 – 34,2 mg/L